

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr PBS/IIVbF-18/II/2018

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Badań Stosowanych zapraszamy do złożenia oferty na:

**Tabela 1**

L.p.	Przedmiot zapytania	Ilość
1.	<p><b>System rozwieracza do kręgosłupa szyjnego</b> składający się z:</p> <p>a) Rozwieracza z precyzyjnym i blokowanym ustawieniem przestrzeni rozwarcia  b) Wymiennych łopatek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 x 16 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 45 x 16 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 50 x 16 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 55 x 16 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 60 x 16 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 40 x 23 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 45 x 23 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 50 x 23 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 55 x 23 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami</li> <li>- 60 x 23 mm – tytanowa profilowana, zakończona ząbkami.</li> </ul> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewniający szerokość rozwarcia przestrzeni do 110mm</li> <li>- produkt nowy - nieużywany, nieodnawiany, kompletny i wolny od wad,</li> <li>- materiał: stal narzędziowa szlacheta, spełniająca wymagania normy: PN/EN 10088-1: 1998 (ISO 7153-1)</li> </ul> <p>- deklaracja zgodności CE na oferowany asortyment  - gwarancja min. 36 miesięcy  - narzędzia matowane, hartowane próżniowo, poddane wstępnej pasywacji  - system rozbieralny (możliwe rozkręcanie)  - znakowany laserowo numerem katalogowym</p> <p>Rysunek poglądowy:</p> 	3 kpl

Uwagi:

- a) termin oczekiwania na ofertę: 19.06.2018 r.;
- b) **Przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty w tym dostawę;**
- c) termin realizacji: 25.06.2018 r.
- d) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;
- e) dane do faktury VAT:
  - Lfc Sp. z o.o.,
  - 929-011-26-10
  - ul. Kożuchowska 41,
  - 65-364 Zielona Góra,
- f) warunki dostawy DDP:
  - Lfc Sp. z o.o.,
  - ul. Składowa 5B
  - 66-016 Czerwieńsk
- g) kryterium wyboru oferty:
  - zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,
  - najniższa cena - 100%;

Do oceny oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:

$$K1 = Cn / Cb * 100$$

Oznaczenia:

  - Cn – najniższa cena;
  - Cb - cena złożonej oferty;
- h) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym;
- i) Zakup realizowany jest w ramach **Programu Badań Stosowanych**.